BD SENSORS
tlakoměrná technika

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KALIBRACI PŘÍSTROJŮ S ODDĚLOVAČEM

Firma: ...

Číslo Vaší objednávky: ..... Pozice ve Vaší objednávce: .....

Prosíme, zde zapište typ a objednací kód snímače:

☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐ - ☐ - ☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐ - ☐ - ☐☐☐

Kalibrační teplota

Standard (bez zadání)

Pokojová teplota 20 °C

Volitelné (prosíme, zakřížkujte)

○ Kalibrovat při teplotě média ..... °C

to platí za následujících podmínek:

- teplota okolí: pokojová teplota 20 °C
- max. kalibrační teplota 200 °C
- kompenzační rozsah ± 25 °C
- u podtlakových rozsahů a současně požadované teploty vyšší než 70°C, prosíme, poraďte se s naším obchodním oddělením o maximální možné kalibrační teplotě
- pro přístroje s náplní pro potravinářský průmysl je maximální kalibrační teplota 150 °C

Montážní poloha *(pro rozsahy do 4 bar zadejte; u vyšších tlakových rozsahů není vliv polohy tak znatelný)*

Standard

(bez zadání)

0°



Volitelné (prosíme, zakřížkujte)

○ 180°



○ 90°



○ jiná

Další informace

Pracovní teplotní rozsah: od ..... do ..... °C

Médium v běžném provozu:

Teplota během čistění / sterilizace: max. ..... °C

Médium použité pro čištění / sterilizaci:

datum a podpis: .....